



ВНИИМС

**Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 18.02.2022 № 202-22-033

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 15.02.2022, 16.02.2022 и 17.02.2022 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса моделей: PRO-35, PRO-30, PRO-33, PRO-36, PRO-39 (регистрационный номер 66709-17) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму. Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии

А.Е. Коломин




Исп. Кузьменков Р.В.
Тел. +7 (495) 781-84-26

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия поверки
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	432100001- 432121500	15.02.2022	14.02.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	412100001- 412103000	17.02.2022	16.02.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	412100001- 412115500	16.02.2022	15.02.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	412100001- 412103000	17.02.2022	16.02.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	412100001- 412102000	17.02.2022	16.02.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	412100001- 412106000	17.02.2022	16.02.2024

Заместитель начальника отдела 202



Р.В. Кузьменков