

№ 202-19-162
от 16.10.2019 г.

По требованию

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 02 октября 2019 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса следующих моделей: PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39 (регистрационный номер в ФИФ № 66709-17), приборов для измерения артериального давления MED-60, MED-61, MED-63 (регистрационный номер № 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложение № 1 к письму) в соответствии с документом на поверку Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке с использованием электронной цифровой подписи (согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ).

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Советник директора



В.Н. Яншин

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Номер в ФИФ	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	73701-18	041900001-041903000	02.10.2019	01.10.2021
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	73701-18	041900001-041901200	02.10.2019	01.10.2021
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	73701-18	041900001-041909300	02.10.2019	01.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	181900001-181913000	02.10.2019	01.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	66709-17	181900001-181902000	03.10.2019	02.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	181900001-181904000	03.10.2019	02.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	191900001-191917500	03.10.2019	02.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	191900001-191908000	03.10.2019	02.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	66709-17	201900001-201903000	08.10.2019	07.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	201900001-201912100	08.10.2019	07.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	201900001-201906000	08.10.2019	07.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	201900001-201902500	08.10.2019	07.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	221900001-221905800	10.10.2019	09.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	66709-17	221900001-221903000	10.10.2019	09.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-39	66709-17	221900001-221902000	10.10.2019	09.10.2021
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	66709-17	251900001-251903000	10.10.2019	09.10.2021

Советник директо

Начальник отдела



В.Н. Яншин

Е.А. Ненашева