



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

от 12.08.21 г. № 202-21-177  
На № 226 от 26.07.21 г.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 02.08.2021 и 03.08.2021 года провел первичную поверку приборов для измерения артериального давления моделей: PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63 (регистрационный номер в ФИФ № 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму. Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



 А.Е. Коломин

Исп. Николаева Е.В.  
Тел. +7 (495) 437-29-10

### Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модифи кация/ модель	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия свидетельств о поверке
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	042100001- 042104200	02.08.2021	01.08.2023
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	042100001- 042101020	03.08.2021	02.08.2023
Приборы для измерения артериального давления	MED-62	042100001- 042107020	02.03.2021	01.08.2023
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	042100001- 042103000	03.08.2021	02.08.2023

Заместитель директора  
по производственной метрологии



  
А.Е. Коломин

Заместитель начальника отдела 202

  
Р.В. Кузьменков