ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)

ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)
119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 30.08.2022 № 202-22-198

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 29.08.2022 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления модели: MED-62 (регистрационный номер 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора Ф.В. Булыгин

Исп. Кузьменков Р.В.
Тел. +7 (495) 781 84 26

Приложение № 1

к письму № 202-22-198

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствие с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)	Модификация	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия поверки
Приборы для измерения артериального давления	MED-62	042200001-042212480	30.08.2022	29.08.2024

Заместитель начальника отдела 202 Р.В. Кузьменков