



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ СИСТЕМ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ "ИНВЕРСИЯ" (ОАО ФНТЦ "ИНВЕРСИЯ")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГЧГ/29-07-2021/82602463

Действительно до 28.07.2023

Средство измерений Приборы для измерения артериального давления: PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63;  
MED-63; Рег. № 73701-18  
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 042100001+042110020  
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе \_\_\_\_\_  
поверено в полном объеме  
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с Р 1323565.2.001-2018  
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: \_\_\_\_\_  
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: температура: 22,6 °С; атм. давление: 99,1 мПа; отн. влажность: 57 %  
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-82602463>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 82602463

Поверитель Самерханов Р.Н.  
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Т. Метролог  
должность руководителя или другого уполномоченного лица



подпись

Серебряков О.А.  
фамилия, инициалы

Дата поверки

29.07.2021

