



**ВНИИМС**

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 7729315781/772901001

от 14.07.2023г. № 202-23-146

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

Г

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 10.07.2023, 11.07.2023 и 13.07.2023 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления, моделей: MED-62, PRO-60 (регистрационный номер 73701-18); приборов для измерения артериального давления и частоты пульса, моделей: PRO-30, PRO-36 (регистрационный номер 66709-17)

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии

Исп. Е.В. Баун  
Тел. +7 (495) 437 29 10



А.Е. Коломин

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления	MED-62	022303451-022308910	10.07.2023	09.07.2025
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	042300001-042303000	11.07.2023	10.07.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-30	012300001-012302000	13.07.2023	12.07.2025
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-36	012300001-012302000	13.07.2023	12.07.2025

Заместитель начальника отдела 202



Е.В. Николаева