



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГБУ «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594  
ИНН/КПП 9729315781/772901001

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

от 17.10.2022 № 202-22-238

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 17.10.2022 и 18.10.2022 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления и частоты пульса моделей: PRO-33, PRO-35, (регистрационный номер 66709-17) и приборов для измерения артериального давления моделей PRO-60 (регистрационный номер 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Николаева Е.В.  
Тел. +7 (495) 437 29 10

## Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия поверки
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	012203401- 012218400	17.10.2022	16.10.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-35	012206001- 012207440	17.10.2022	16.10.2024
Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса	PRO-33	022243461- 022249580	18.10.2022	17.10.2024
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	052200001- 052203000	18.10.2022	17.10.2024

Заместитель начальника отдела 202



Е.В. Николаева