



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Всероссийский научно-  
исследовательский институт  
метрологической службы»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

21.10.2021 № 201-21-236

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»

Козлову П.В.

Г

Г

ФГУП «ВНИИМС» на основании Договора № 132625 от 24 мая 2019 г., 12.10.2021 и 13.10.2021 года провело первичную поверку приборов для измерения артериального давления моделей: PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63 (регистрационный номер в ФИФ № 73701-18) с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму. Поверка проведена в соответствии с документом

Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные.

Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Исп. Николаева Е.В.  
Тел. +7 (495) 437-29-10

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанным в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ))	Модификация	Серийные номера партии	Дата поверки	Срок действия поверки
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	072100001- 072106000	12.10.2021	11.10.2023
Приборы для измерения артериального давления	MED-61	072100001- 072101800	12.10.2021	11.10.2023
Приборы для измерения артериального давления	MED-62	072100001- 072105400	13.10.2021	12.10.2023
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	072100001- 072105400	13.10.2021	12.10.2023

Заместитель директора  
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Заместитель начальника отдела 202

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Е.В. Николаева", is written below the stamp.

Е.В. Николаева