



ВНИИМС

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГБУ «ВНИИМС»)

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru
ОКПО 48380199, ОГРН 1217700550594
ИНН/КПП 9729315781/772901001

от 01.03.2024 № 202-24-058

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»

П.В. Козлову

Г

Г

Уважаемый Павел Владимирович!

ФГБУ «ВНИИМС» на основании Договора № 185499 от 19 декабря 2023 г., 01.03.2024 года провело первичную поверку: приборов для измерения артериального давления, моделей: PRO-60, MED-63 (регистрационный номер 73701-18);

с серийными номерами, указанными в приложении № 1 к письму.

Поверка проведена в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Результаты первичной поверки положительные. Результаты поверки средств измерений будут переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21, приложения №1 к приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Заместитель директора
по производственной метрологии



А.Е. Коломин

Перечень средств измерений

Наименование СИ (в соответствии с указанном в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ)	Модификация	Серийные номера	Дата поверки	Действительно по
Приборы для измерения артериального давления	PRO-60	112300001-112304950	01.03.2024	28.02.2026
Приборы для измерения артериального давления	MED-63	112319951-112329310	01.03.2024	28.02.2026

Начальник отдела 202



Р.В. Кузьменков