



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д.3,
г. Москва, 125493

Озерная ул., д.46 Москва, 119361,
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniiofi@vniiofi.ru <http://www.vniiofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036
ИНН/КПП 7702038456/772901001

25 НОЯ 2019

№ 9-12 / 18415

На № _____

В ответ на Ваш запрос исх. 751 от 15.11.2019 сообщаем, что на основании договора М/2019/Д4/1656 от 15.05.2019 (этап 8) с АО «Альфа Медика» ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF модели WF-4000» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 76372-19) серийные номера от 1906N00001 до 1906N05050 в соответствии с документом на поверку МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки».

Результаты поверки положительные.

Результаты первичной поверки оформлены свидетельствами о поверке в виде электронных документов на каждое средство измерений с использованием электронной цифровой подписи. Срок действия свидетельств – до 17 ноября 2021 года.

Заместитель директора
по инновациям

И.С. Филимонов