



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46 Москва, 119361,
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniofi@vniofi.ru <http://www.vniofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036
ИНН/КПП 7702038456/772901001

19 ЯНВ 2021

№ 9-4 / 285

На № _____

Генеральному директору
АО «Альфа-Медика»
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д.3,
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос исх. № 482 от 24.12.2020 г. сообщаем, что на основании договора М/2019/Д4/1656 от 15.05.2019 (этап 25) с АО «Альфа Медика» ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF модели WF-4000» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 76372-19) серийные номера от 2011N50001 до 2011N60080 в соответствии с документом на поверку МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки».

Результаты поверки положительные.

Сведения о результатах поверки переданы в Федеральный информационный фонд.
Дата поверки – 28 декабря 2020 года.

Заместитель директора
по инновациям

И.С. Филимонов

Исп. Н.Ю. Грязских
(495) 437-99-58