



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"  
(ФГУП "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,  
тел.: (495)437-56-33, факс: (495) 437-31-47  
E-mail: [vniofi@vniofi.ru](mailto:vniofi@vniofi.ru) <http://www.vniofi.ru>

ОКПО 05842749, ОГРН 1027739034036

ИНН/КПП 7702038456/772901001

29 АВГ 2022

№ 9-4 / 5572

На № \_\_\_\_\_

ВРИО Генерального директора  
АО «Альфа-Медика»  
Ю.И. Дворянову

Ул. Авангардная, д. 3  
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос, исх. № 151 от 12.08.2022, сообщаем, что на основании договора М/2022/Д4-А/1437 от 21.04.2022 (этап 2) с АО «Альфа-Медика», ФГУП «ВНИИОФИ» провел первичную поверку «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF модели WF-4000» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 76372-19) по документу на поверку МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки»:

- диапазон серийных номеров от **2101N000001-2101N005600**.

Дата поверки – 22 августа 2022 года, действительна до 21 августа 2024 года.

Результаты поверки положительные.

Сведения о результатах поверки переданы в Федеральный информационный фонд.

Заместитель директора  
по инновациям

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова  
Телефон +7 (495) 781-44-61, [krilova-d4@vniofi.ru](mailto:krilova-d4@vniofi.ru)