



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"  
(ФГБУ "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,  
тел.: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47  
E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru); <http://www.vniiofi.ru>

ОГРН 1237700065470

ИНН/КПП 9729338933/772901001

31 ИЮЛ 2024

№ 9 - 4 / 4468

На № \_\_\_\_\_

Коммерческому директору  
АО «Альфа-Медика»  
Ю.И.Дворянову

Ул. Авангардная, д. 3  
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос, исх. № 101 от 09.07.2024 г., сообщаем, что на основании договора М/2024/Д4-А/1693 от 15.05.2024 этап 1 с АО «Альфа-Медика», ФГБУ «ВНИИОФИ» провел первичную поверку:

- «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF модели WF-4000» (рег. № в ФИФ 76372-19), диапазон серийных номеров **2402N00001-2402N06576 (6576 шт.)**, дата поверки 30.07.2024 г., действительна до 29.07.2026 г.

Поверка проведена в соответствии с документом МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки». Результаты поверки положительные.

Директор

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова  
Телефон +7 (495) 781-44-61, [krilova-d4@vniiofi.ru](mailto:krilova-d4@vniiofi.ru)