



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

## СПРАВКА

Выдана АО «АЛЬФА-МЕДИКА» в том, что по заявлению (квитанции) № 1000-032013 от «21» мая 2024 г. (Договор № 150-2617596 от 12.10.2023) проведена первичная поверка пульсоксиметров B.Well, модель MED-320 (Регистрационный номер типа СИ 88519-23), диапазон заводских номеров: 132400001-132401500 (1500 шт.).

По результатам поверки признаны годными к применению 1500 шт. пульсоксиметров, негодными 0 шт.

В соответствии с приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» сведения о результатах поверки переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results>).



Начальник сектора № 444-2

Поверитель

подпись

А.А. Афанасьев  
расшифровка подписи

подпись

С.В. Каштанов  
расшифровка подписи

«30» мая 2024 г.