



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"  
(ФГБУ "ВНИИОФИ")

Озерная ул., д.46, Москва, 119361,  
тел.: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47  
E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru); <http://www.vniiofi.ru>

ОГРН 1237700065470

ИНН/КПП 9729338933/772901001

23 АВГ 2023

№ 9 - 4

На № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
АО «Альфа-Медика»  
П.В. Козлову

Ул. Авангардная, д. 3  
г. Москва, 125493

В ответ на Ваш запрос, исх. № 108 от 15.08.2023 г., сообщаем, что на основании договора М/2023/Д4-А/1397 от 12.04.2023 (этап 2) с АО «Альфа-Медика», ФГБУ «ВНИИОФИ» провел первичную поверку:

- «Термометров медицинских инфракрасных бесконтактных В. Well модель MED-3000» (регистрационный № в ФИФ 87149-22), диапазон серийных номеров 230300751 – 230301500 (750 шт.), дата поверки 21 августа 2023 года, действительна до 20 августа 2025 года;

- «Термометров медицинских электронных моделей WF-1000, WF-2000» модель WF-1000, (регистрационный № в ФИФ 31359-16), диапазон серийных номеров 2106F15001-2106F18000 (3000 шт.), дата поверки 22 августа 2023 года, действительна до 21 августа 2025 года;

- «Термометров медицинских электронных инфракрасных серии WF модели WF-4000», (регистрационный № в ФИФ 76372-19), диапазон серийных номеров 2101N033601-2101N039200 (5600 шт.), дата поверки 23 августа 2023 года, действительна до 22 августа 2025 года;

Поверка проведена в соответствии с документом МИ 3556-2016 «ГСИ. Термометры медицинские электронные инфракрасные. Методика поверки». Результаты поверки положительные.

Директор

И.С. Филимонов

Исполнитель Е.В.Крылова  
Телефон +7 (495) 781-44-61, [krilova-d4@vniiofi.ru](mailto:krilova-d4@vniiofi.ru)